

Cerințe tehnice

Defibrilator automat extern pentru instruire

Defibrilator automat extern cu accesorii special conceput pentru instruire, necesar pentru desfășurarea de sesiunilor de instruire care vor fi organizate în cadrul modulul de instruire Acordarea primului ajutor medical la bordul navelor.

Defibrilatorul automat extern cu accesorii va avea minim 8 scenarii de resuscitare standard pentru răspuns mai rapid la situații de urgență și va fi capabil să simuleze toate funcțiile unui defibrilator obișnuit. Va fi prevăzut cu minim următoarele:

- butonul de alimentare
- buton care setează modul de CPR și selectează scenariile- numărul de comprimări, respirații și cicluri, rata de compresie pe minut, timpul de pauză,
- butonul de soc prin intermediul căruia se oferă soc defibrilatorului,
- comutator selectare modul adult sau pediatric,
- posibilitatea de se acoperi comutatorul de selectare pentru a preveni acționarea accidentală,
- conector pentru electrozi și indicator care să indice starea de conectare a electrozilor,
- electrozi defibrilare pentru training,
- indicator de poziție a electrozilor pe pacient,
- avertizează să nu se atingă pacientul,
- indică performanța CPR asupra pacientului
- funcționare cu baterii și cu elergie electrică,
- manual de utilizare,
- geanta de transport.

Ofertantul va asigura condițiile DDP de livrare a echipamentului conform cerințelor INCOTERMS 2010, la destinația finală care va fi la CERONAV- Subunitatea din Galați, Str. Portului nr. 54 A.

Livrarea completă a echipamentului va trebui să fie realizată în termen de maxim **45 zile** de la semnarea contractului și toate cheltuielile legate de livrarea echipamentului sunt suportate de furnizor.

Perioada de garanție pentru **Defibrilatorul automat extern cu accesorii** va fi de cel puțin 24 (douăzecișipatru) luni începând de la data recepției fără observații. Pe durata perioadei de garanție, furnizorul va acorda suport și asistență tehnică gratuită și înlocuirea componentelor defecte. Timpul maxim de răspuns la orice sesizare care necesită intervenția furnizorului, în perioada de garanție, va fi de maxim 48 de ore, începând cu ziua următoare notificării scrise.

Oferta va include mențiuni prin care se confirmă faptul că produsele livrate sunt noi și că acestea nu utilizează componente ale unor elemente folosite anterior.

Ofertantul va prezenta, în cadrul propunerii tehnice, configurația generală oferită cu precizarea tuturor componentelor.

Specificațiile sunt considerate minime obligatorii.

Întocmit,

Ing. Specialist 1A

Alina Mantu

Departament Administrativ

CERONAV Subunitatea Galati